

BOYUT KALİBRASYONU (2018) LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ Bilgilendirme ve Talep Alma Formu

Programı Düzenleyen	JERA ELEKTRONİK San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Programın Adı	Kumpas Kalibrasyonu Karşılaştırma Ölçümü
Program No	15-LAK-B-2018/2
Müracaat Tarihleri	15.07.2018 – 15.10.2018
Amaç	Kalibrasyon Laboratuvarlarının Boyut Kalibrasyonu Konusundaki Yeterliliğinin Teyit Edilmesi
Değerlendirme	TS EN ISO 17043 ve TS ISO 13528
Raporlama	<ul style="list-style-type: none">- Katılım için Müracaat Formunun onaylanması,- Ölçümden sonra Ölçüm sonuçlarını ve belirsizliğini içeren sertifika düzenlenerek gönderilmesi,- Laboratuvarlara, kendi ölçüm sonuçlarının tamamını görebileceği bir kod verilecektir. Laboratuvarların kodlaması için alfabetik harfler kullanılacaktır. Bu kodlama alfabetik sıraya ya da ölçüm sırasına göre olmayacaktır.- Sonuç raporları katılımcılara basılı ve mail olarak gönderilecektir.

	Kalibrasyon Metodu	VDI / VDE / DGQ 2618 / Bölüm 9.1
	Cihaz	Dijital Kumpas
	Ölçme Aralığı/böl.	0 – 200 mm
	Kal. Noktaları	Dış Çap (0 – 2,5 – 15 - 30 – 50 – 100 – 150 – 200) mm İç Çap (4 mm ve 20 mm)
	İmalatçı/Model/Seri No	SHOWA/ABSOLUTE DIGIMATIC/41632
	Cihaz Sahibi	JERA
	Referans Değer	UMS ANKARA
	Ücret	300,-TL + KDV